

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

RBR.	TRAŽENE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PONUĐENO DA / NE		OPIS (UPISATI PONUĐENO ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI)
1.	Temperatura Opseg -25 °C do 85 °C Točnost ± 0.3 °C	DA	NE	
2.	Vlaga 0% RH do 100% RH Rezolucija 1% RH	DA	NE	
3.	Atmosferski tlak 50 kPa do 115 kPa Rezolucija 0.5 kPa	DA	NE	
4.	Senzor CO - Elektrokemijski senzor Opseg mjerenja minimalno 10000 ppb Donja granica detekcije minimalno 100 ppb Rezolucija minimalno 1 ppb	DA	NE	
5.	Senzor SO2 - Elektrokemijski senzor Opseg mjerenja minimalno 5000 ppb Donja granica detekcije minimalno 10 ppb Rezolucija minimalno 1 ppb	DA	NE	
6.	Senzor NO - Elektrokemijski senzor Opseg mjerenja minimalno 5000ppb Donja granica detekcije minimalno 10 ppb Rezolucija minimalno 1 ppb	DA	NE	
7.	Senzor NO2 - Elektrokemijski senzor Opseg mjerenja minimalno 5000ppb Donja granica detekcije minimalno 10 ppb Rezolucija minimalno 1 ppb	DA	NE	
8.	Senzor O3 - Elektrokemijski senzor Opseg mjerenja minimalno 5000ppb Donja granica detekcije minimalno 10 ppb Rezolucija minimalno 1 ppb	DA	NE	
9.	Lebdeće čestice PM ₁ Opseg mjerenja 0 -500 µg/m ³ Donja granica detekcije 1 µg/m ³	DA	NE	
10.	Lebdeće čestice PM _{2.5} Opseg mjerenja 0 -2000 µg/m ³ Donja granica detekcije 1 µg/m ³	DA	NE	
11.	Lebdeće čestice PM ₁₀ Opseg mjerenja 0 -5000 µg/m ³ Donja granica detekcije 1 µg/m ³	DA	NE	
12.	Senzor Buke Opseg mjerenja 30 – 130dB(A) Točnost ±3 dBA (Class 2) Standard IEC 61672-1:2002	DA	NE	
13.	LED zaslon za prikaz buke sa automatskom prilagodbom svjetline (2 lokacije) Širina minimalno 60 cm Težina maksimalno 8kg Prikaz 4 LED znaka, visina min. 130mm	DA	NE	
14.	Komunikacija Bežična (osigurava ponuditelj)	DA	NE	

15.	Nadzor stanice Udaljeni nadzor rada stanice	DA	NE	
16.	Cloud web i mob aplikacija Licenca za pristup u trajanju 36 mjeseci Prikaz geografske lokacije na mapi Prikaz trenutnih vrijednosti i pregled povijesnih podataka Mogućnost izvoza podataka u CSV formatu Definiranje pravila i notifikacija iOS i Android verzija aplikacije za Naručitelja Jezik aplikacija: hrvatski, engleski	DA	NE	
17.	Web widget Dostupnost web <i>wideta</i> za prikaz mjerenih vrijednosti putem web stranice Grada Varaždina	DA	NE	
18.	Obavezne opcije naknadne nadogradnje: - Modul za praćenje kvalitete zraka (za stanicu koja mjeri samo razinu buke) - Modul za smjer i brzinu vjetra - Umjereni senzor za praćenje elektromagnetskog zračenja opsega od 1Hz do 4.4 GHz	DA	NE	
19.	Jezik web i mobilne aplikacije koju će koristiti Naručitelj za uvid u mjerenja: ➤ hrvatski ➤ engleski	DA	NE	
20.	Jamstvo i održavanje: ➤ 36 mjeseci	DA	NE	
21.	Ovlašteni servisni centar proizvođača opreme: ➤ na teritoriju Republike Hrvatske	DA	NE	

(mjesto i datum)

MP

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)